

Sicherheit

- Ein **Erste Hilfe-Kasten** liegt im FIL und wird in den nächsten Tagen an einer freien Wand an einem nicht störenden Platz angebracht. Vorhanden ist Verbandsmaterial in ausreichender Menge, Schere, Pflaster, Kühlkissen, etc.
- Ein **Feuerlöscher** befindet sich beim Aufzug bei der Küche sowie beim Aufzug vor dem Sitzungssaal-Gang an der Tür zur Informationswissenschaft
- Der Betrieb von Werkzeug, insbesondere **Lötarbeiten**, ist gestatten und kann ohne Anbringung von Brandmeldern im FIL durchgeführt werden. Entsprechende Arbeiten sollten am Besten unter den ABZÜGEN der **Lüftungsanlage** erfolgen. Die Anlage kann manuell auf eine höhere Zirkulationsleistung eingestellt werden.

From:

<https://wiki.mi.ur.de/> - **MI Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.mi.ur.de/lab/sicherheit?rev=1368451002>

Last update: **13.05.2013 13:16**

